EDETAT

Préparateur canalaire (chélatant)

PRESENTATION
Flacon de 14 ml

COMPOSITION
Acide édétique : 14 % sous forme de sel dihémipotassique, excipients.

INDICATION
Préparateur canalaire (chélatant).
L'utilisation de ce produit ne présente pas de risque chez la femme enceinte ou allaitant.

PROPRIETES
EDETAT permet l'élimination du contenu minéral pathologique (pulpolithes, calcifications diverses) ainsi que l'élargissement des canaux étroits ou difficilement accessibles. Il solubilise les débris organiques. Il joue un rôle de lubrifiant des instruments de parage canalaire. De par la présence d'un ammonium quaternaire, EDETAT mouille parfaitement la paroi dentinaire et possède un pouvoir moussant qui permet d'éviter la sédimentation apicale des débris, facilitant ainsi leur évacuation du canal.

CONTRE-INDICATIONS
Allergie connue à l'un des composants.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Porter des gants, lunettes et masque de protection appropriés. Ne pas inhaler les vapeurs. Flacon en verre : à manipuler avec précaution pour éviter tout risque de casse. Ne pas prélever le produit directement dans le flacon (risque de contamination).
ATTENTION.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Stocker dans un endroit bien ventilé.

INCOMPATIBILITES
Les produits très alcalins comme l'hypochlorite de sodium diminuent l'action de l'EDETAT : il faut donc veiller à neutraliser le canal lorsque de tels produits ont été utilisés auparavant. Les produits gras à caractère hydrofuge, de type eugénol, diminuent l'action de l'EDETAT.

MODE D'EMPLOI
Verser une petite quantité d'EDETAT dans un godet. Remplir le godet à nouveau si nécessaire, au cours de la séance.
Introduire une petite quantité d'EDETAT à l'aide d'un instrument (sonde ou pipette) dans la chambre pulpaire, puis dans le canal et laisser agir 2 à 3 minutes.
Enlever les débris de dentine ramollie au moyen de broches pendant 1 minute.
Renouveler cette opération alternée d'alésage chimique et mécanique en imprégnant, à chaque opération, la dentine avec de la solution fraîche autant de fois que cela est nécessaire.
Rincer le canal à l'eau.

Doc. Q R&D Fran 220/07
5 Novembre 2014

EDETAT

Préparateur canalaire (chélatant)

CONSERVATION

- 3 ans après la date de fabrication.
- Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.
- Refermer rapidement et correctement le flacon après emploi.
- Conserver à l'écart de la chaleur à une température comprise entre + 5 °C et + 25 °C.
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine, bien fermé et à l'abri de la lumière.

ELIMINATION DES PRODUITS

Eliminer le contenu/récipient dans un centre agréé.
Ne pas procéder à l'élimination dans l'environnement.

Produit professionnel dentaire.
Classification selon la Directive Européenne 93/42/CEE
Dispositif médical de classe IIa (SGS)

CE
0120

PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND SAS - 17 avenue Gustave Eiffel - 33700 MERIGNAC- France - Tel. : +33 (0) 556 34 06 07

Doc. Q R&D Fran 220/07
5 Novembre 2014